

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO ANALISI AMIANTO DI MASSA DI ARPA FVG.

VERBALE N. 1 – SEDUTA TECNICA RISERVATA

L'anno 2017, il giorno 20 dicembre, alle ore 14.30 presso la sede di Arpa FVG, in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), nominata con decreto del Direttore Generale n. 174 del 15/012/2017, incaricata ad effettuare la valutazione tecnica delle offerte relative alla procedura in oggetto

La commissione è composta come di seguito indicato:

Presidente – Clorinda Del Bianco – Responsabile della S.O.C. Pressioni sull'Ambiente;

-Componente – Glauco Spanghero – Responsabile della S.O.S. Dipartimento di Gorizia;

Componente con funzioni di Segretario – Damiano Virgilio – Collaboratore presso la S.O.S. Qualità acque interne

Il Responsabile del Procedimento Paola Segato consegna alla Commissione le offerte tecniche presentate nel sistema MePa e comunica che, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, sono state ammesse tutte le ditte che hanno presentato offerta.

Il Responsabile lascia la seduta e la Commissione prosegue i lavori ed alla valutazione delle offerte tecniche secondo il seguente ordine:

1) LOTTO 1: Fornitura e posa in opera di n. 2 CAPPE DI ASPIRAZIONE

Preso atto che per tale lotto ha presentato offerta solamente la ditta Aquaria srl, la Commissione procede alla valutazione della documentazione al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi della proposta (così come stabilito dal disciplinare di gara).

Valutato che l'offerta della ditta Aquaria srl presenta tutti i requisiti minimi richiesti la Commissione procede alla valutazione qualitativa dell'offerta tecnica, attribuendo il seguente punteggio:

n.	N. 2 CAPPE DI ASPIRAZIONE	Valore (a)	Punteggio attribuito (b)	Valore massimo attribuito (a x b)
1	Sistema di aspirazione/espulsione aria	15	10	15
2	Sistema di sicurezza nella fase di rimozione e sostituzione filtri atto ad evitare contaminazioni del personale tecnico in fase di sostituzione filtri, con asportazione dell'intero pacco filtrante in massima sicurezza o comunque sistemi equivalenti in grado di assicurare la rimozione in sicurezza dei filtri evitando la dispersione di polveri e fibre, in aggiunta ai	15	10	15

	<i>tradizionali sistemi bag in / bag out;</i>			
3	<i>Rumorosità</i>	5	4	2
4	<i>Incremento termico</i>	5	10	5
5	<i>Velocità media della barriera d'aria (flusso medio frontale)</i>	10	8	8
6	<i>Caratteristiche apertura frontale</i>	10	8	8
7	<i>Sistema illuminazione piano di lavoro</i>	5	6	3
8	<i>Potenza assorbita</i>	5	8	4
	TOTALE			60

La Commissione procede alla riparametrazione del punteggio qualitativo, così come espressamente previsto dal disciplinare di gara, pertanto all'offerta della **ditta Aquaria vengono assegnati 70 punti**.

LOTTO 2: Fornitura n. 1 STEROMICROSCOPIO

La Commissione procede quindi alla valutazione della documentazione tecnica presentata dalle 10 ditte partecipanti, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi delle offerte

La Commissione rileva che per alcune delle offerte tecniche sono necessari dei chiarimenti inerenti

- la definizione del sistema digitale di acquisizione immagini (ditta Fisher Scientific sas),
- il limite minimo di ingrandimento (ditte Laboindustria spa e Vetrotecnica).

Alle ore 18.30 il presidente dichiara chiusa la seduta riservata aggiornando i lavori della Commissione al giorno **27.12.2017 alle ore 9:00**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti.

f.to Clorinda Del Bianco

f.to Glauco Spanghero

f.to Damiano Virgilio

Pubblicato il 28/12/2017